



レパグリニド錠0.5mg「サワイ」

試験方法	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号)に従い、試験を実施した。	
試験条件	パドル法	75rpm: pH1.2、pH5.0、pH6.8、水
試験回数	12ベッセル	
試験製剤	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(ロット番号: 761T2S8302)	
標準製剤	シュアポスト錠0.5mg(ロット番号: 1017F)	
結果及び考察	<p>< 75rpm : pH1.2 > 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>< 75rpm : pH5.0 > 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>< 75rpm : pH6.8 > 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>< 75rpm : 水 > 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p>	


<75rpm: pH1.2>



<75rpm: pH5.0>



<75rpm: pH6.8>



<75rpm: 水>

